2026年6月の放射能測定結果 134件

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定できません

下記はあくまでお持込頂いた検体の測定結果です

同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください

測定器		特長	下限値目安※
NaIシンチレーションスペクトロメータ			
ATOMTEX社製AT1320A	BERTHOLD社製LB2045	・NaIシンチレーション検出器を搭載したガンマ線スペクトルメータ	食材（試料1kg）下限値 1.0Bq/kg 土壌（試料1kg）下限値 2.5Bq/kg 資材（試料1kg）下限値 1.0Bq/kg 水 （試料20L）下限値 0.02Bq/L

測定器：NaIシンチレーションスペクトロメータ

（Bq/kg生：試料が生(なま)の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量）

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
海砂　表層	勿来海岸① いわき市	2026年5月	Cs137	39.7 Bq/kg乾	± 4.9 Bq/kg乾	39.7	Cs137	3.0 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	2.8 Bq/kg乾
海砂　15cm		2026年5月	Cs137	21.6 Bq/kg乾	± 2.4 Bq/kg乾	21.6	Cs137	0.9 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.1 Bq/kg乾
海砂　30cm		2026年5月	Cs137	26.5 Bq/kg乾	± 3.0 Bq/kg乾	26.5	Cs137	0.9 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.2 Bq/kg乾
海砂　50cm		2026年5月	Cs137	16.6 Bq/kg乾	± 2.2 Bq/kg乾	16.6	Cs137	1.8 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	2.1 Bq/kg乾
海砂　表層	勿来海岸② いわき市	2026年5月	Cs137	14.6 Bq/kg乾	± 2.0 Bq/kg乾	14.6	Cs137	1.8 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	2.1 Bq/kg乾
海砂　15cm		2026年5月	Cs137	9.6 Bq/kg乾	± 1.2 Bq/kg乾	9.6	Cs137	0.8 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.1 Bq/kg乾
海砂　30cm		2026年5月	Cs137	8.9 Bq/kg乾	± 1.1 Bq/kg乾	8.9	Cs137	0.9 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.0 Bq/kg乾
海砂　50cm		2026年5月	Cs137	7.5 Bq/kg乾	± 1.2 Bq/kg乾	7.5	Cs137	1.7 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	2.1 Bq/kg乾
海砂　表層	勿来海岸③ いわき市	2026年5月	Cs137	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾	検出下限値以下	Cs137	1.8 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.8 Bq/kg乾
海砂　15cm		2026年5月	Cs137	3.6 Bq/kg乾	± 0.7 Bq/kg乾	3.6	Cs137	1.6 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	2.2 Bq/kg乾
海砂　30cm		2026年5月	Cs137	4.9 Bq/kg乾	± 0.7 Bq/kg乾	4.9	Cs137	0.8 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.0 Bq/kg乾
海砂　50cm		2026年5月	Cs137	2.9 Bq/kg乾	± 0.4 Bq/kg乾	2.9	Cs137	0.7 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	0.9 Bq/kg乾
海砂　表層	勿来海岸④ いわき市	2026年5月	Cs137	3.6 Bq/kg乾	± 0.7 Bq/kg乾	3.6	Cs137	1.4 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.9 Bq/kg乾
海砂　15cm		2026年5月	Cs137	4.9 Bq/kg乾	± 0.9 Bq/kg乾	4.9	Cs137	1.5 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.9 Bq/kg乾
海砂　30cm		2026年5月	Cs137	4.3 Bq/kg乾	± 0.6 Bq/kg乾	4.3	Cs137	0.7 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.0 Bq/kg乾
海砂　50cm		2026年5月	Cs137	3.7 Bq/kg乾	± 0.5 Bq/kg乾	3.7	Cs137	0.8 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.0 Bq/kg乾

※測定結果と不確かさの"－"は検出下限値以下ということです。
必ずしも０(ゼロ)Bq/kgということではありません。

Mothers' Radiation Lab Fukushima

（Bq/kg生：試料が生（なま）の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量）

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
海砂　表層	勿来海岸⑤ いわき市	2026年5月	Cs137	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾	検出下限値以下	Cs137	1.8 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.8 Bq/kg乾
海砂　15cm		2026年5月	Cs137	3.8 Bq/kg乾	± 0.5 Bq/kg乾	3.8	Cs137	0.8 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.1 Bq/kg乾
海砂　30cm		2026年5月	Cs137	23.5 Bq/kg乾	± 2.9 Bq/kg乾	23.5	Cs137	1.7 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	2.0 Bq/kg乾
海砂　50cm		2026年5月	Cs137	25.1 Bq/kg乾	± 2.7 Bq/kg乾	25.1	Cs137	0.8 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.0 Bq/kg乾
海砂　表層	勿来海岸⑥ いわき市	2026年5月	Cs137	4.4 Bq/kg乾	± 0.6 Bq/kg乾	4.4	Cs137	0.7 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.0 Bq/kg乾
海砂　15cm		2026年5月	Cs137	28.9 Bq/kg乾	± 3.4 Bq/kg乾	28.9	Cs137	1.7 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	2.0 Bq/kg乾
海砂　30cm		2026年5月	Cs137	36.4 Bq/kg乾	± 4.0 Bq/kg乾	36.4	Cs137	1.1 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.1 Bq/kg乾
海砂　50cm		2026年5月	Cs137	174.0 Bq/kg乾	± 18.4 Bq/kg乾	174.0	Cs137	2.5 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	2.4 Bq/kg乾
海砂　表層	勿来海岸⑦ いわき市	2026年5月	Cs137	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾	検出下限値以下	Cs137	1.9 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	2.0 Bq/kg乾
海砂　15cm		2026年5月	Cs137	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾	検出下限値以下	Cs137	1.9 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.9 Bq/kg乾
海砂　30cm		2026年5月	Cs137	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾	検出下限値以下	Cs137	0.9 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	0.9 Bq/kg乾
海砂　50cm		2026年5月	Cs137	7.4 Bq/kg乾	± 0.9 Bq/kg乾	7.4	Cs137	0.8 Bq/kg乾
			Cs134	— Bq/kg乾	± — Bq/kg乾		Cs134	1.2 Bq/kg乾

※測定結果と不確かさの″－″は検出下限値以下ということです。
必ずしも０（ゼロ）Bq/kgということではありません。

Mothers' Radiation Lab Fukushima

測定器		特長	下限値目安※
ゲルマニウム半導体検出器			
ORTEC　GEM30-70	CANBERRA　GC4020	・放射能測定法シリーズ 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」に準拠した定量分析 ・ORTEC　GEM30-70　相対効率35% ・CANBERRA　GC4020　相対効率43%	食材（試料2kg）下限値　0.04Bq/Kg 土壌（試料1kg）下限値　0.06Bq/Kg 資材（試料1kg）下限値　0.06Bq/Kg 水　（試料10L）下限値　0.002Bq/L

※下限値は、試料の重量・測定時間で変動があります。

測定器：ゲルマニウム半導体検出器

（Bq/kg生：試料が生（なま）の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量）

試料品名	採取地	採取月	測定器種	測定結果			不確かさ			セシウム合計	検出下限値		
じゃがいも	福島県相馬市	2026年6月	OR	Cs137	0.2	Bq/kg生	±	0.09	Bq/kg生	0.2	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	－	Bq/kg生	±	－	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
じゃがいも	福島県双葉郡浪江町	2026年6月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
大根	福島県相馬市	2026年6月	CA	Cs137	－	Bq/kg生	±	－	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	－	Bq/kg生	±	－	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
ごぼう	青森県	2026年5月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.3	Bq/kg生
ごぼう	青森県	2026年6月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.2	Bq/kg生
かぶ	茨城県	2026年6月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.3	Bq/kg生
自然薯	福島県双葉郡浪江町	2026年4月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.5	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.5	Bq/kg生
玉ねぎ	福島県双葉郡浪江町	2026年6月	CA	Cs137	0.4	Bq/kg生	±	0.07	Bq/kg生	0.4	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
玉ねぎ	佐賀県	2026年6月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
新玉ねぎ	福島県相馬市	2026年6月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.2	Bq/kg生
にんにくの芽	いわき市四倉町	2026年5月	CA	Cs137	0.3	Bq/kg生	±	0.1	Bq/kg生	0.3	Cs137	0.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.3	Bq/kg生
小ねぎ	いわき市東田町	2026年6月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.3	Bq/kg生
あさつき	福島県耶麻郡猪苗代町	2026年4月	OR	Cs137	0.1	Bq/kg生	±	0.04	Bq/kg生	0.1	Cs137	0.08	Bq/kg生
				Cs134	－	Bq/kg生	±	－	Bq/ikg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
セロリ	静岡県	2026年6月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.3	Bq/kg生
アスパラガス	福島県会津若松市	2026年4月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
アスパラガス	宮城県仙台市若林区	2026年5月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
たけのこ	茨城県常陸太田市	2026年4月	CA	Cs137	1.6	Bq/kg生	±	0.03	Bq/kg生	1.6	Cs137	0.04	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.04	Bq/kg生
たけのこ	宮城県	2026年5月	OR	Cs137	1.0	Bq/kg生	±	0.1	Bq/kg生	1.0	Cs137	0.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.3	Bq/kg生
ほうれん草	福島県双葉郡浪江町	2026年6月	OR	Cs137	2.7	Bq/kg生	±	0.3	Bq/kg生	2.7	Cs137	0.5	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.6	Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"－"は検出下限値以下ということです。
必ずしも０（ゼロ）Bq/kgということではありません。

Mothers' Radiation Lab Fukushima

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月		測定結果			不確かさ			セシウム合計	検出下限値		
キャベツ	福島県双葉郡浪江町	2026年6月	CA	Cs137	0.6	Bq/kg生	±	0.1	Bq/kg生	0.6	Cs137	0.2	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.2	Bq/kg生
キャベツ	福島県南相馬市	2026年6月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.2	Bq/kg生
キャベツ	宮城県名取市愛島	2026年5月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.2	Bq/kg生
サニーレタス	福島県南相馬市	2026年6月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.4	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.4	Bq/kg生
リーフレタス	宮城県名取市下増田	2026年5月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.4	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.4	Bq/kg生
フリルレタス	岩手県	2026年6月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.2	Bq/kg生
ちんげん菜	茨城県	2026年6月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.3	Bq/kg生
雪菜	宮城県仙台市太白区	2026年5月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.3	Bq/kg生
白菜	福島県双葉郡広野町	2026年5月	CA	Cs137	0.3	Bq/kg生	±	0.1	Bq/kg生	0.3	Cs137	0.2	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.2	Bq/kg生
白菜	福島県相馬市	2026年6月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.2	Bq/kg生
白菜	長野県	2026年6月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.3	Bq/kg生
にら	福島県岩瀬郡鏡石町	2026年6月	OR	Cs137	0.2	Bq/kg生	±	0.06	Bq/kg生	0.2	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
にら	茨城県	2026年6月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.5	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.4	Bq/kg生
アイスプラント	福島県双葉郡広野町	2026年5月	CA	Cs137	0.8	Bq/kg生	±	0.1	Bq/kg生	0.8	Cs137	0.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.2	Bq/kg生
おかひじき	いわき市	2026年5月	OR	Cs137	0.1	Bq/kg生	±	0.04	Bq/kg生	0.1	Cs137	0.09	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
ブロッコリー	福島県南相馬市	2026年6月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.4	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.3	Bq/kg生
ブロッコリー	宮城県仙台市若林区	2026年5月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.4	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.4	Bq/kg生
カリフラワー	宮城県名取市愛島	2026年5月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.3	Bq/kg生
ミニトマト	福島県双葉郡大熊町	2026年6月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
きゅうり	福島県南相馬市	2026年6月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.2	Bq/kg生
きゅうり	宮城県	2026年5月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.2	Bq/kg生
ズッキーニ	福島県双葉郡浪江町	2026年6月	CA	Cs137	0.1	Bq/kg生	±	0.05	Bq/kg生	0.1	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
なす	熊本県	2026年6月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.3	Bq/kg生
ピーマン	茨城県	2026年6月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.5	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.5	Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"ー"は検出下限値以下ということです。
必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。

Mothers' Radiation Lab Fukushima

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月		測定結果			不確かさ			セシウム合計	検出下限値		
そら豆	いわき市	2026年5月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.5	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.6	Bq/kg生
グリーンピース	福島県相馬市	2026年6月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.4	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.4	Bq/kg生
スナックえんどう	宮城県名取市 下増田	2026年5月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.2	Bq/kg生
びわの実(種なし)	いわき市泉ヶ丘	2026年6月	CA	Cs137	0.9	Bq/kg生	±	0.2	Bq/kg生	0.9	Cs137	0.5	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.5	Bq/kg生
梅	福島県南相馬市	2026年6月	CA	Cs137	0.5	Bq/kg生	±	0.07	Bq/kg生	0.5	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
南高梅	いわき市泉ヶ丘	2026年6月	OR	Cs137	0.1	Bq/kg生	±	0.05	Bq/kg生	0.1	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
しいたけ (乾燥・原木)	宮城県仙台市	2026年5月	CA	Cs137	65.2	Bq/kg生	±	1.0	Bq/kg生	65.2	Cs137	1.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	1.8	Bq/kg生
エリンギ	いわき市	2026年5月	OR	Cs137	2.1	Bq/kg生	±	0.2	Bq/kg生	2.1	Cs137	0.2	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.3	Bq/kg生
きくらげ (乾燥・菌床)	宮城県亘理郡 山元町	2026年6月	OR	Cs137	2.9	Bq/kg生	±	0.3	Bq/kg生	2.9	Cs137	0.6	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.6	Bq/kg生
きくらげ	宮城県仙台市 宮城野区	2026年5月	CA	Cs137	0.5	Bq/kg生	±	0.06	Bq/kg生	0.5	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
なめこ	福島県	2026年6月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.2	Bq/kg生
なめこ	山形県	2026年6月	CA	Cs137	0.6	Bq/kg生	±	0.2	Bq/kg生	0.6	Cs137	0.5	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.4	Bq/kg生
まいたけ	宮城県栗原市	2026年5月	OR	Cs137	0.7	Bq/kg生	±	0.06	Bq/kg生	0.7	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
ホワイト マッシュルーム	岩手県八幡平市	2026年5月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
ふき	宮城県仙台市 太白区	2026年5月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.2	Bq/kg生
ふき	茨城県 常陸太田市	2026年4月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.2	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.2	Bq/kg生
ふき(野生)	宮城県多賀城市	2026年5月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
うど	茨城県 常陸太田市	2026年4月	CA	Cs137	0.2	Bq/kg生	±	0.1	Bq/kg生	0.2	Cs137	0.2	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
うど	茨城県久慈郡 大子町	2026年4月	CA	Cs137	0.06	Bq/kg生	±	0.03	Bq/kg生	0.06	Cs137	0.06	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.06	Bq/kg生
わらび	宮城県仙台市 太白区	2026年5月	CA	Cs137	14.5	Bq/kg生	±	0.1	Bq/kg生	14.6	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	0.1	Bq/kg生	±	0.06	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
わらび	山形県	2026年5月	OR	Cs137	1.0	Bq/kg生	±	0.2	Bq/kg生	1.0	Cs137	0.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.4	Bq/kg生
こごみ	茨城県 常陸太田市	2026年4月	OR	Cs137	0.2	Bq/kg生	±	0.05	Bq/kg生	0.2	Cs137	0.1	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.1	Bq/kg生
葉わさび	福島県相馬市	2026年6月	CA	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	0.3	Bq/kg生
ちりめんしそ	いわき市	2026年6月	OR	Cs137	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	1.0	Bq/kg生
				Cs134	—	Bq/kg生	±	—	Bq/kg生		Cs134	1.0	Bq/kg生

※測定結果と不確かさの"ー"は検出下限値以下ということです。
必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。

Mothers' Radiation Lab Fukushima

(Bq/kg生：試料が生(なま)の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月		測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
スルメイカ	国産	2026年4月	CA	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.8 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.8 Bq/kg生
カサゴ(全身)	宮城県/仙台湾	2026年5月	OR	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.3 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.3 Bq/kg生
シロメバル①～⑤(身)	宮城県/仙台湾	2026年5月	OR	Cs137	— Bq/kg生	± — Bq/kg生	検出下限値以下	Cs137	0.4 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.4 Bq/kg生
シロメバル⑥～⑨(身)	宮城県/仙台湾	2026年5月	OR	Cs137	0.3 Bq/kg生	± 0.1 Bq/kg生	0.3	Cs137	0.3 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.3 Bq/kg生
たまご	福島県南相馬市	2026年6月	OR	Cs137	0.6 Bq/kg生	± 0.1 Bq/kg生	0.6	Cs137	0.1 Bq/kg生
				Cs134	— Bq/kg生	± — Bq/kg生		Cs134	0.1 Bq/kg生
海水A　表層	宮城県/仙台湾	2026年5月	CA	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水A　下層	宮城県/仙台湾	2026年5月	CA	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水B　表層	宮城県/仙台湾	2026年5月	CA	Cs137	0.002 Bq/L	± 0.001 Bq/L	0.002	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水B　下層	宮城県/仙台湾	2026年5月	CA	Cs137	0.003 Bq/L	± 0.001 Bq/L	0.003	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水C　表層	宮城県/仙台湾	2026年5月	CA	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水C　下層	宮城県/仙台湾	2026年5月	CA	Cs137	0.003 Bq/L	± 0.001 Bq/L	0.003	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水　表層	福島県/相馬港	2026年6月	CA	Cs137	0.003 Bq/L	± 0.001 Bq/L	0.003	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水　表層	福島県/村上海岸	2026年6月	CA	Cs137	0.003 Bq/L	± 0.001 Bq/L	0.003	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水　表層	福島県/岩沢海水浴場	2026年6月	CA	Cs137	0.004 Bq/L	± 0.001 Bq/L	0.004	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水　表層	福島県/請戸港	2026年6月	CA	Cs137	0.004 Bq/L	± 0.001 Bq/L	0.004	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水　表層	福島県/双葉海水浴場	2026年6月	CA	Cs137	0.007 Bq/L	± 0.001 Bq/L	0.007	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水A　表層(懸濁物)	宮城県/仙台湾	2026年5月	OR	Cs137	0.001 Bq/L	± 0.0009 Bq/L	0.001	Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水A　下層(懸濁物)	宮城県/仙台湾	2026年5月	OR	Cs137	0.02 Bq/L	± 0.001 Bq/L	0.02	Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水B　表層(懸濁物)	宮城県/仙台湾	2026年5月	OR	Cs137	0.002 Bq/L	± 0.0009 Bq/L	0.002	Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水B　下層(懸濁物)	宮城県/仙台湾	2026年5月	OR	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.001 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水C　表層(懸濁物)	宮城県/仙台湾	2026年5月	OR	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L
海水C　下層(懸濁物)	宮城県/仙台湾	2026年5月	OR	Cs137	— Bq/L	± — Bq/L	検出下限値以下	Cs137	0.002 Bq/L
				Cs134	— Bq/L	± — Bq/L		Cs134	0.002 Bq/L

※測定結果と不確かさの"－"は検出下限値以下ということです。
必ずしも0(ゼロ)Bq/kgということではありません。

Mothers' Radiation Lab Fukushima

測定器		特長
液体シンチレーションカウンター		
Hidex社製 **ハイデックス 300SLL**	パーキンエルマー・ジャパン **Quantulus GCT 6220**	・低エネルギーのベータ線放出核種を測定する機器 ・測定核種 ストロンチウム90　半減期 30年 有機結合型トリチウム　半減期 12.3年 自由水型トリチウム　半減期 12.3年 ・どの試料も、数日間の前処理を経て液体の状態で測定を行う ・

（Bq/kg生：試料が生（なま）の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量）

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ			検出下限値	
海水D　表層	福島第一原発沖	2026年4月	T（自由）	5.69	Bq/L	±	0.12	Bq/L	0.04	Bq/L
海水D　下層	福島第一原発沖	2026年4月	T（自由）	1.64	Bq/L	±	0.07	Bq/L	0.04	Bq/L
海水　表層	福島県/富岡港	2026年4月	T（自由）	0.20	Bq/L	±	0.04	Bq/L	0.04	Bq/L
滝水	いわき市/ 籠場の滝	2026年4月	T（自由）	0.29	Bq/L	±	0.05	Bq/L	0.04	Bq/L
雨水	いわき市 小名浜花畑町	2026年5月	T（自由）	0.41	Bq/L	±	0.05	Bq/L	0.04	Bq/L
海水A　下層	宮城県/仙台湾	2026年5月	T（自由）	0.06	Bq/L	±	0.04	Bq/L	0.04	Bq/L
海水B　表層	宮城県/仙台湾	2026年5月	T（自由）	0.10	Bq/L	±	0.04	Bq/L	0.04	Bq/L
シロメバル （頭・骨）	福島第一原発沖	2026年4月	Sr90	検出下限値以下	Bq/kg乾	±	—	Bq/kg乾	0.12	Bq/kg乾
キツネメバル （頭・骨）	福島第一原発沖	2026年4月	Sr90	検出下限値以下	Bq/kg乾	±	—	Bq/kg乾	0.11	Bq/kg乾
海水C　表層	宮城県/仙台湾	2026年5月	Sr90	0.0007	Bq/L	±	0.0002	Bq/L	0.0004	Bq/L
海水C　下層	宮城県/仙台湾	2026年5月	Sr90	0.0017	Bq/L	±	0.0003	Bq/L	0.0004	Bq/L
海水　表層	福島県/相馬港	2026年6月	Sr90	検出下限値以下	Bq/L	±	—	Bq/L	0.0004	Bq/L
海水　表層	福島県/請戸港	2026年6月	Sr90	0.0005	Bq/L	±	0.0003	Bq/L	0.0004	Bq/L
海水　表層	福島県/村上海岸	2026年6月	Sr90	0.0012	Bq/L	±	0.0003	Bq/L	0.0004	Bq/L
海水　表層	福島県 /双葉海水浴場	2026年6月	Sr90	検出下限値以下	Bq/L	±	—	Bq/L	0.0004	Bq/L
海水　表層	福島県 岩沢海水浴場	2026年6月	Sr90	検出下限値以下	Bq/L	±	—	Bq/L	0.0004	Bq/L
海水　表層	福島県/小浜港	2026年6月	Sr90	0.0005	Bq/L	±	0.0003	Bq/L	0.0004	Bq/L

Mothers' Radiation Lab Fukushima

2026年6月　空間線量

測定器		測定場所
CsIシンチレーション式 サーベイメーター	NaIシンチレーション式 サーベイメーター	福島県いわき市小名浜　横町公園
⑧HITACHI ALOKA TCS-1172	⑦HORIBA Radi PA-1100	
特徴：空間(場所)の放射線量や人・物の表面汚染を調べる。		



	測定器	HORIBA　Radi	
測定日	天気	地表付近（μSv/h）	地表　1m（μSv/h）
2026/6/1	☀	0.065	0.058
2026/6/2	☁	0.063	0.057
2026/6/3	☂	台風接近の為、測定中止。	
2026/6/4	☁	0.064	0.052
2026/6/5	☁	0.069	0.057
測定日	天気	地表付近（μSv/h）	地表　1m（μSv/h）
2026/6/8	☁	0.062	0.051
2026/6/9	☂/☁	0.069	0.061
2026/6/10	☁	0.062	0.057
2026/6/11	☀	0.063	0.057
2026/6/12	☁	0.065	0.056
測定日	天気	地表付近（μSv/h）	地表　1m（μSv/h）
2026/6/16	☀	0.066	0.062
2026/6/17	☀	0.072	0.058
2026/6/18	☂	0.065	0.052
2026/6/19	☀	0.068	0.059
測定日	天気	地表付近（μSv/h）	地表　1m（μSv/h）
2026/6/22	☁	0.060	0.051
2026/6/23	☁	0.060	0.058
2026/6/24	☀	0.064	0.052
2026/6/25	☂	0.072	0.063
2026/6/26	☂	0.068	0.051
測定日	天気	地表付近（μSv/h）	地表　1m（μSv/h）
2026/6/29	☀	0.060	0.054
2026/6/30	☁		

お知らせ…2025年1月15日より、「HORIBA Radi PA-1100」のみでの測定といたします。
　理由として、2022年3月より定点測定を開始しましたが、「HITACHI ALOKATCS-1172 」と「HORIBA RadiPA-1100」の2台を使用し、2年間測定を継続していく中で、どちらの機器も安定しており、誤差の範囲内で測定値が一致していることがわかりました。そこで、実用性も踏まえ「HORIBA Radi PA-1100」での定点測定とします。

Mothers' Radiation Lab Fukushima