# 2026年9月の放射能測定結果 126件

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定できません

**下記はあくまでお持込頂いた検体の測定結果です**

**同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください**

| 測定器 | | 特長 | 下限値目安※ |
|---|---|---|---|
| NaIシンチレーションスペクトロメータ | | | |
| ATOMTEX社製AT1320A | BERTHOLD社製LB2045 | ・NaIシンチレーション検出器を搭載したガンマ線スペクトルメータ | 食材（試料1kg）下限値 1.0Bq/kg<br>土壌（試料1kg）下限値 2.5Bq/kg<br>資材（試料1kg）下限値 1.0Bq/kg<br>水（試料20L）下限値 0.02Bq/L |
| | | | |

## 測定器：NaIシンチレーションスペクトロメータ

（Bq/kg生：試料が生(なま)の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量）

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | 測定結果 | | 不確かさ | セシウム合計 | 検出下限値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土壌 | いわき市好間町大館児童遊園 | 2026年6月 | Cs137 | 73.2 Bq/kg乾 | ± 8.2 Bq/kg乾 | 73.2 | Cs137 | 2.3 Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — Bq/kg乾 | ± — Bq/kg乾 | | Cs134 | 2.3 Bq/kg乾 |
| 土壌 | いわき市好間町大館児童遊園 | 2026年6月 | Cs137 | 180.0 Bq/kg乾 | ± 18.7 Bq/kg乾 | 180.0 | Cs137 | 1.7 Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — Bq/kg乾 | ± — Bq/kg乾 | | Cs134 | 1.2 Bq/kg乾 |
| 土壌 | いわき市好間町大館児童遊園 | 2026年6月 | Cs137 | 142.0 Bq/kg乾 | ± 14.8 Bq/kg乾 | 142.0 | Cs137 | 1.2 Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — Bq/kg乾 | ± — Bq/kg乾 | | Cs134 | 1.3 Bq/kg乾 |
| 土壌 | いわき市好間町大館児童遊園 | 2026年6月 | Cs137 | 147.0 Bq/kg乾 | ± 15.9 Bq/kg乾 | 147.0 | Cs137 | 3.3 Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — Bq/kg乾 | ± — Bq/kg乾 | | Cs134 | 2.4 Bq/kg乾 |
| 土壌 | いわき市好間町大館児童遊園 | 2026年6月 | Cs137 | 164.0 Bq/kg乾 | ± 17.1 Bq/kg乾 | 164.0 | Cs137 | 1.7 Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — Bq/kg乾 | ± — Bq/kg乾 | | Cs134 | 1.2 Bq/kg乾 |
| 土壌（パンダ遊具） | いわき市好間町大館児童遊園 | 2026年6月 | Cs137 | 49.0 Bq/kg乾 | ± 5.2 Bq/kg乾 | 49.0 | Cs137 | 1.1 Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — Bq/kg乾 | ± — Bq/kg乾 | | Cs134 | 1.0 Bq/kg乾 |
| 土壌（ライオン遊具） | いわき市好間町大館児童遊園 | 2026年6月 | Cs137 | 137.0 Bq/kg乾 | ± 15.0 Bq/kg乾 | 137.0 | Cs137 | 3.1 Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — Bq/kg乾 | ± — Bq/kg乾 | | Cs134 | 4.0 Bq/kg乾 |
| 土壌 | いわき市好間町向山児童遊園 | 2026年6月 | Cs137 | 344.0 Bq/kg乾 | ± 35.9 Bq/kg乾 | 344.0 | Cs137 | 3.4 Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — Bq/kg乾 | ± — Bq/kg乾 | | Cs134 | 2.6 Bq/kg乾 |
| 土壌 | いわき市好間町向山児童遊園 | 2026年6月 | Cs137 | 594.0 Bq/kg乾 | ± 61.3 Bq/kg乾 | 600.7 | Cs137 | 2.4 Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | 6.7 Bq/kg乾 | ± 1.2 Bq/kg乾 | | Cs134 | 2.2 Bq/kg乾 |
| 土壌 | いわき市好間町向山児童遊園 | 2026年6月 | Cs137 | 304.0 Bq/kg乾 | ± 31.9 Bq/kg乾 | 304.0 | Cs137 | 3.3 Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — Bq/kg乾 | ± — Bq/kg乾 | | Cs134 | 2.5 Bq/kg乾 |
| 土壌 | いわき市好間町向山児童遊園 | 2026年6月 | Cs137 | 261.0 Bq/kg乾 | ± 27.5 Bq/kg乾 | 261.0 | Cs137 | 3.4 Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — Bq/kg乾 | ± — Bq/kg乾 | | Cs134 | 2.5 Bq/kg乾 |
| 土壌 | いわき市好間町向山児童遊園 | 2026年6月 | Cs137 | — Bq/kg乾 | ± — Bq/kg乾 | 検出下限値以下 | Cs137 | 1.4 Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — Bq/kg乾 | ± — Bq/kg乾 | | Cs134 | 1.5 Bq/kg乾 |
| 土壌（バスケットゴール下） | いわき市好間町向山児童遊園 | 2026年6月 | Cs137 | 19.4 Bq/kg乾 | ± 2.2 Bq/kg乾 | 19.4 | Cs137 | 0.9 Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — Bq/kg乾 | ± — Bq/kg乾 | | Cs134 | 0.9 Bq/kg乾 |
| 土壌（ベンチⅠ） | いわき市好間町向山児童遊園 | 2026年6月 | Cs137 | 163.0 Bq/kg乾 | ± 17.5 Bq/kg乾 | 163.0 | Cs137 | 3.1 Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — Bq/kg乾 | ± — Bq/kg乾 | | Cs134 | 2.3 Bq/kg乾 |
| 土壌（スプリング遊具Ⅰ） | いわき市好間町向山児童遊園 | 2026年6月 | Cs137 | 161.0 Bq/kg乾 | ± 17.3 Bq/kg乾 | 161.0 | Cs137 | 3.2 Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — Bq/kg乾 | ± — Bq/kg乾 | | Cs134 | 2.4 Bq/kg乾 |
| 土壌（スプリング遊具Ⅱ） | いわき市好間町向山児童遊園 | 2026年6月 | Cs137 | 379.0 Bq/kg乾 | ± 39.4 Bq/kg乾 | 379.0 | Cs137 | 3.3 Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — Bq/kg乾 | ± — Bq/kg乾 | | Cs134 | 2.4 Bq/kg乾 |

※測定結果と不確かさの"－"は検出下限値以下ということです。
必ずしも０(ゼロ)Bq/kgということではありません。

Mothers' Radiation Lab Fukushima

（Bq/kg生：試料が生（なま）の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量）

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | 測定結果 | | | 不確かさ | | | セシウム合計 | 検出下限値 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土壌（ベンチⅡ） | いわき市好間町向山児童遊園 | 2026年6月 | Cs137 | 14.6 | Bq/kg乾 | ± | 1.7 | Bq/kg乾 | 14.6 | Cs137 | 0.9 | Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — | Bq/kg乾 | ± | — | Bq/kg乾 | | Cs134 | 1.1 | Bq/kg乾 |
| 土壌 | いわき市小名浜権現山公園 | 2026年8月 | Cs137 | 288.0 | Bq/kg乾 | ± | 30.3 | Bq/kg乾 | 288.0 | Cs137 | 3.3 | Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — | Bq/kg乾 | ± | — | Bq/kg乾 | | Cs134 | 2.5 | Bq/kg乾 |
| 土壌 | いわき市小名浜権現山公園 | 2026年8月 | Cs137 | 239.0 | Bq/kg乾 | ± | 25.2 | Bq/kg乾 | 239.0 | Cs137 | 2.8 | Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — | Bq/kg乾 | ± | — | Bq/kg乾 | | Cs134 | 2.2 | Bq/kg乾 |
| 土壌 | いわき市小名浜権現山公園 | 2026年8月 | Cs137 | 378.0 | Bq/kg乾 | ± | 39.4 | Bq/kg乾 | 378.0 | Cs137 | 3.5 | Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — | Bq/kg乾 | ± | — | Bq/kg乾 | | Cs134 | 2.6 | Bq/kg乾 |
| 土壌 | いわき市小名浜権現山公園 | 2026年8月 | Cs137 | 365.1 | Bq/kg乾 | ± | 2.1 | Bq/kg乾 | 367.5 | Cs137 | 0.7 | Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | 2.4 | Bq/kg乾 | ± | 0.4 | Bq/kg乾 | | Cs134 | 0.7 | Bq/kg乾 |
| 土壌 | いわき市小名浜権現山公園 | 2026年8月 | Cs137 | 547.3 | Bq/kg乾 | ± | 2.4 | Bq/kg乾 | 552.0 | Cs137 | 0.8 | Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | 4.7 | Bq/kg乾 | ± | 0.4 | Bq/kg乾 | | Cs134 | 0.7 | Bq/kg乾 |
| 土壌 | いわき市小名浜権現山公園 | 2026年8月 | Cs137 | 311.0 | Bq/kg乾 | ± | 32.8 | Bq/kg乾 | 311.0 | Cs137 | 3.8 | Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — | Bq/kg乾 | ± | — | Bq/kg乾 | | Cs134 | 2.9 | Bq/kg乾 |
| 土壌（ブランコ） | いわき市小名浜権現山公園 | 2026年8月 | Cs137 | 119.0 | Bq/kg乾 | ± | 12.4 | Bq/kg乾 | 119.0 | Cs137 | 1.4 | Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — | Bq/kg乾 | ± | — | Bq/kg乾 | | Cs134 | 1.1 | Bq/kg乾 |
| 土壌（シーソー） | いわき市小名浜権現山公園 | 2026年8月 | Cs137 | 68.3 | Bq/kg乾 | ± | 7.2 | Bq/kg乾 | 68.3 | Cs137 | 1.2 | Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — | Bq/kg乾 | ± | — | Bq/kg乾 | | Cs134 | 0.9 | Bq/kg乾 |
| 土壌（ベンチⅠ） | いわき市小名浜権現山公園 | 2026年8月 | Cs137 | 145.0 | Bq/kg乾 | ± | 15.7 | Bq/kg乾 | 145.0 | Cs137 | 2.8 | Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — | Bq/kg乾 | ± | — | Bq/kg乾 | | Cs134 | 2.1 | Bq/kg乾 |
| 土壌（ベンチⅡ） | いわき市小名浜権現山公園 | 2026年8月 | Cs137 | 184.0 | Bq/kg乾 | ± | 19.0 | Bq/kg乾 | 184.0 | Cs137 | 1.5 | Bq/kg乾 |
| | | | Cs134 | — | Bq/kg乾 | ± | — | Bq/kg乾 | | Cs134 | 1.1 | Bq/kg乾 |

Mothers' Radiation Lab Fukushima

| 測定器 | | 特長 | 下限値目安※ |
|---|---|---|---|
| ゲルマニウム半導体検出器 | | | |
| ORTEC　GEM30-70 | CANBERRA　GC4020 | ・放射能測定法シリーズ<br>「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」に準拠した定量分析<br>・ORTEC　GEM30-70　相対効率35%<br>・CANBERRA　GC4020　相対効率43% | 食材（試料2kg）下限値　0.04Bq/kg<br>土壌（試料1kg）下限値　0.06Bq/kg<br>資材（試料1kg）下限値　0.06Bq/kg<br>水　（試料10L）下限値　0.002Bq/L |
| | | | |

※下限値は、試料の重量・測定時間で変動があります。

## 測定器：ゲルマニウム半導体検出器

（Bq/kg生：試料が生（なま）の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量）

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | 測定器種 | 測定結果 | | | 不確かさ | | | セシウム合計 | 検出下限値 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| じゃがいも | いわき市 | 2026年8月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.2 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.2 | Bq/kg生 |
| じゃがいも | 宮城県角田市 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| じゃがいも | 山形県米沢市 | 2026年8月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| にんじん | 宮城県角田市 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.3 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.3 | Bq/kg生 |
| ごぼう | 宮城県角田市 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.3 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.3 | Bq/kg生 |
| さつまいも | 茨城県 | 2026年8月 | CA | Cs137 | 0.5 | Bq/kg生 | ± | 0.1 | Bq/kg生 | 0.5 | Cs137 | 0.2 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.2 | Bq/kg生 |
| 長いも | 青森県 | 2026年8月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| 玉ねぎ | 山形県米沢市 | 2026年8月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| にんにく | 宮城県角田市 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.3 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.3 | Bq/kg生 |
| セロリ | 宮城県仙台市<br>若林区六郷 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.8 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.8 | Bq/kg生 |
| キャベツ | 宮城県仙台市<br>宮城野区 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.3 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.3 | Bq/kg生 |
| アスパラガス | 宮城県仙台市<br>若林区七郷 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| サニーレタス | 宮城県仙台市<br>若林区六郷 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 1.0 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 1.1 | Bq/kg生 |
| 空芯菜 | 宮城県仙台市<br>太白区 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.5 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.4 | Bq/kg生 |
| モロヘイヤ | 宮城県仙台市<br>太白区中田 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.4 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.4 | Bq/kg生 |
| 金時草 | 宮城県仙台市<br>宮城野区 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.8 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/ikg生 | | Cs134 | 0.8 | Bq/kg生 |
| バジル | 宮城県仙台市<br>宮城野区高砂 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.9 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.9 | Bq/kg生 |
| ケール | 宮城県仙台市<br>宮城野区高砂 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.8 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 1.0 | Bq/kg生 |
| かぼちゃ | 福島県 | 2026年8月 | OR | Cs137 | 0.7 | Bq/kg生 | ± | 0.1 | Bq/kg生 | 0.7 | Cs137 | 0.2 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.2 | Bq/kg生 |

※測定結果と不確かさの"ー"は検出下限値以下ということです。
必ずしも０（ゼロ）Bq/kgということではありません。

Mothers' Radiation Lab Fukushima

（Bq/kg生：試料が生（なま）の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量）

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | | 測定結果 | | | 不確かさ | | | セシウム合計 | 検出下限値 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| とうもろこし | 山形県米沢市 | 2026年8月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| なす | 宮城県多賀城市 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.2 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.2 | Bq/kg生 |
| きゅうり | 宮城県多賀城市 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.2 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.2 | Bq/kg生 |
| ピーマン | 山形県米沢市 | 2026年8月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.5 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.6 | Bq/kg生 |
| ピーマン | 宮城県 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.3 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.3 | Bq/kg生 |
| パプリカ | 宮城県伊具郡<br>丸森町 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| 冬瓜 | 宮城県仙台市<br>宮城野区高砂 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| ゴーヤ | 宮城県多賀城市<br>南官 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.2 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.2 | Bq/kg生 |
| コリンキー | 宮城県宮城郡<br>七ヶ浜町 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| 枝豆 | 山形県米沢市 | 2026年8月 | OR | Cs137 | 0.2 | Bq/kg生 | ± | 0.07 | Bq/kg生 | 0.2 | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| 枝豆 | 宮城県仙台市<br>若林区六郷 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.5 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.6 | Bq/kg生 |
| いんげん | 宮城県角田市 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.07 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.08 | Bq/kg生 |
| シカクマメ | 宮城県 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.3 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.3 | Bq/kg生 |
| うちまめ | 山形県 | 2026年8月 | CA | Cs137 | 0.6 | Bq/kg生 | ± | 0.2 | Bq/kg生 | 0.6 | Cs137 | 0.5 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/ikg生 | | Cs134 | 0.5 | Bq/kg生 |
| しょうが | 宮城県角田市 | 2026年9月 | CA | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 | ± | 0.03 | Bq/kg生 | 0.1 | Cs137 | 0.06 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.06 | Bq/kg生 |
| しょうが | 宮城県角田市 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.2 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.2 | Bq/kg生 |
| みょうが | 宮城県仙台市<br>若林区六郷 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| 青唐辛子 | 宮城県伊具郡<br>丸森町 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| りんご | 宮城県角田市 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.2 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| 梨 | 宮城県刈田郡<br>蔵王町 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.2 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| 梨 | 宮城県宮城郡<br>利府町 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| イチジク | いわき市泉ヶ丘 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.5 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.5 | Bq/kg生 |
| ドライイチジク | 宮城県角田市 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.6 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.6 | Bq/kg生 |
| プルーン | 宮城県角田市 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.2 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.2 | Bq/kg生 |

※測定結果と不確かさの"－"は検出下限値以下ということです。
必ずしも０（ゼロ）Bq/kgということではありません。

Mothers' Radiation Lab Fukushima

（Bq/kg生：試料が生（なま）の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量）

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | | 測定結果 | | | 不確かさ | | | セシウム合計 | 検出下限値 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バカマツタケ | いわき市大久町大久 | 2026年9月 | OR | Cs137 | 2256.4 | Bq/kg生 | ± | 39.8 | Bq/kg生 | 2272.3 | Cs137 | 10.2 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | 15.9 | Bq/kg生 | ± | 5.3 | Bq/kg生 | | Cs134 | 9.9 | Bq/kg生 |
| しいたけ（干し） | 福島県田村郡三春町 | 2026年6月 | OR | Cs137 | 40.7 | Bq/kg生 | ± | 1.9 | Bq/kg生 | 40.7 | Cs137 | 2.6 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 3.0 | Bq/kg生 |
| しいたけ（生） | 宮城県亘理郡山元町 | 2026年9月 | OR | Cs137 | 1.0 | Bq/kg生 | ± | 0.08 | Bq/kg生 | 1.0 | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| しいたけ（菌床） | 宮城県 | 2026年9月 | OR | Cs137 | 0.7 | Bq/kg生 | ± | 0.2 | Bq/kg生 | 0.7 | Cs137 | 0.3 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.3 | Bq/kg生 |
| きくらげ（乾燥） | 宮城県亘理郡山元町 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 1.9 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 2.1 | Bq/kg生 |
| こごみ（干し） | 山形県 | 2026年8月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 2.3 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 2.1 | Bq/kg生 |
| 銀杏 | 宮城県角田市 | 2026年9月 | CA | Cs137 | 5.7 | Bq/kg生 | ± | 0.3 | Bq/kg生 | 5.7 | Cs137 | 0.5 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.6 | Bq/kg生 |
| くるみ | 山形県米沢市 | 2026年8月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.7 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.8 | Bq/kg生 |
| ヒラメ（全身） | 宮城県/仙台湾 | 2026年9月 | CA | Cs137 | 0.2 | Bq/kg生 | ± | 0.06 | Bq/kg生 | 0.2 | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| ヒラメ（全身） | 宮城県/仙台湾 | 2026年9月 | OR | Cs137 | 0.2 | Bq/kg生 | ± | 0.1 | Bq/kg生 | 0.2 | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| ヒラメ（全身） | 宮城県/仙台湾 | 2026年9月 | OR | Cs137 | 0.3 | Bq/kg生 | ± | 0.1 | Bq/kg生 | 0.3 | Cs137 | 0.2 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.2 | Bq/kg生 |
| ヒラメ（全身） | 宮城県/仙台湾 | 2026年9月 | OR | Cs137 | 0.3 | Bq/kg生 | ± | 0.09 | Bq/kg生 | 0.3 | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.2 | Bq/kg生 |
| カサゴ（全身） | 宮城県/仙台湾 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.3 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.3 | Bq/kg生 |
| 茎わかめ | 宮城県/三陸産 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.5 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.5 | Bq/kg生 |
| あおさ | 福島県相馬市 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 1.9 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 1.9 | Bq/kg生 |
| たまご | 宮城県 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| たまご | 国産 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.1 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.1 | Bq/kg生 |
| おから | 国産 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.2 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 0.2 | Bq/kg生 |
| アロエベラ | 宮城県宮城郡 | 2026年9月 | OR | Cs137 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 1.2 | Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — | Bq/kg生 | ± | — | Bq/kg生 | | Cs134 | 1.4 | Bq/kg生 |
| 海水（懸濁物） | 宮城県/浜市海岸 | 2026年7月 | CA | Cs137 | — | Bq/L | ± | — | Bq/L | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.002 | Bq/L |
| | | | | Cs134 | — | Bq/L | ± | — | Bq/L | | Cs134 | 0.002 | Bq/L |
| 海水（懸濁物） | 宮城県/仙台新港 | 2026年7月 | CA | Cs137 | — | Bq/L | ± | — | Bq/L | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.001 | Bq/L |
| | | | | Cs134 | — | Bq/L | ± | — | Bq/L | | Cs134 | 0.001 | Bq/L |
| 海水（懸濁物） | 宮城県/荒浜海岸 | 2026年7月 | CA | Cs137 | 0.008 | Bq/L | ± | 0.001 | Bq/L | 0.008 | Cs137 | 0.002 | Bq/L |
| | | | | Cs134 | — | Bq/L | ± | — | Bq/L | | Cs134 | 0.002 | Bq/L |
| 海水A　表層（懸濁物） | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | CA | Cs137 | — | Bq/L | ± | — | Bq/L | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.001 | Bq/L |
| | | | | Cs134 | — | Bq/L | ± | — | Bq/L | | Cs134 | 0.001 | Bq/L |
| 海水A　下層（懸濁物） | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | CA | Cs137 | 0.006 | Bq/L | ± | 0.001 | Bq/L | 0.006 | Cs137 | 0.002 | Bq/L |
| | | | | Cs134 | — | Bq/L | ± | — | Bq/L | | Cs134 | 0.002 | Bq/L |

※測定結果と不確かさの"－"は検出下限値以下ということです。
必ずしも０（ゼロ）Bq/kgということではありません。

Mothers' Radiation Lab Fukushima

（Bq/kg生：試料が生（なま）の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量）

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | | 測定結果 | | 不確かさ | セシウム合計 | 検出下限値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海水B　表層（懸濁物） | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | CA | Cs137 | — Bq/L | ± — Bq/L | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.001 Bq/L |
| | | | | Cs134 | — Bq/L | ± — Bq/L | | Cs134 | 0.001 Bq/L |
| 海水B　下層（懸濁物） | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | CA | Cs137 | — Bq/L | ± — Bq/L | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.001 Bq/L |
| | | | | Cs134 | — Bq/L | ± — Bq/L | | Cs134 | 0.002 Bq/L |
| 海水C　表層（懸濁物） | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | CA | Cs137 | — Bq/L | ± — Bq/L | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.001 Bq/L |
| | | | | Cs134 | — Bq/L | ± — Bq/L | | Cs134 | 0.002 Bq/L |
| 海水C　下層（懸濁物） | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | CA | Cs137 | 0.005 Bq/L | ± 0.001 Bq/L | 0.005 | Cs137 | 0.002 Bq/L |
| | | | | Cs134 | — Bq/L | ± — Bq/L | | Cs134 | 0.002 Bq/L |
| 海水D　表層（懸濁物） | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | CA | Cs137 | — Bq/L | ± — Bq/L | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.002 Bq/L |
| | | | | Cs134 | — Bq/L | ± — Bq/L | | Cs134 | 0.002 Bq/L |
| 海水D　下層（懸濁物） | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | CA | Cs137 | 0.002 Bq/L | ± 0.001 Bq/L | 0.002 | Cs137 | 0.002 Bq/L |
| | | | | Cs134 | — Bq/L | ± — Bq/L | | Cs134 | 0.002 Bq/L |
| 海水（懸濁物） | 福島県/富岡港 | 2026年7月 | CA | Cs137 | — Bq/L | ± — Bq/L | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.002 Bq/L |
| | | | | Cs134 | — Bq/L | ± — Bq/L | | Cs134 | 0.002 Bq/L |
| 海水 | 宮城県/荒浜海岸 | 2026年7月 | CA | Cs137 | 0.004 Bq/L | ± 0.001 Bq/L | 0.004 | Cs137 | 0.002 Bq/L |
| | | | | Cs134 | — Bq/L | ± — Bq/L | | Cs134 | 0.002 Bq/L |
| 海水 | 宮城県/浜市海岸 | 2026年7月 | CA | Cs137 | — Bq/L | ± — Bq/L | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.002 Bq/L |
| | | | | Cs134 | — Bq/L | ± — Bq/L | | Cs134 | 0.002 Bq/L |
| 海水 | 宮城県/仙台新港 | 2026年7月 | CA | Cs137 | — Bq/L | ± — Bq/L | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.002 Bq/L |
| | | | | Cs134 | — Bq/L | ± — Bq/L | | Cs134 | 0.002 Bq/L |
| 空気清浄機のフィルター | いわき市郷ケ丘 | 2026年5月 | OR | Cs137 | 23.2 Bq/kg生 | ± 0.4 Bq/kg生 | 23.2 | Cs137 | 0.3 Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — Bq/kg生 | ± — Bq/kg生 | | Cs134 | 0.3 Bq/kg生 |
| 布袋葵 | いわき市泉ヶ丘 | 2026年9月 | CA | Cs137 | — Bq/kg生 | ± — Bq/kg生 | 検出下限値以下 | Cs137 | 0.2 Bq/kg生 |
| | | | | Cs134 | — Bq/kg生 | ± — Bq/kg生 | | Cs134 | 0.2 Bq/kg生 |

※測定結果と不確かさの″－″は検出下限値以下ということです。
必ずしも０（ゼロ）Bq/kgということではありません。

Mothers' Radiation Lab Fukushima

| 測定器 | | 特長 |
|---|---|---|
| 液体シンチレーションカウンター | | |
| Hidex社製<br>**ハイデックス 300SLL** | パーキンエルマー・ジャパン<br>**Quantulus GCT 6220** | ・低エネルギーのベータ線放出核種を測定する機器<br><br>・測定核種<br>ストロンチウム90　半減期 30年<br>有機結合型トリチウム　半減期 12.3年<br>自由水型トリチウム　半減期 12.3年<br><br>・どの試料も、数日間の前処理を経て液体の状態で測定を行う |
|  | | |

（Bq/kg生：試料が生(なま)の重量　Bq/kg乾：試料を乾燥させた重量）

| 試料品名 | 採取地 | 採取月 | 測定結果 | | | 不確かさ | | | 検出下限値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キツネメバル | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | T（組織自由型） | 検出下限値以下 | Bq/L | ± | ― | Bq/L | 0.37 | Bq/L |
| シロメバル | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | T（組織自由型） | 検出下限値以下 | Bq/L | ± | ― | Bq/L | 0.37 | Bq/L |
| 海水B　表層 | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | T（自由） | 0.07 | Bq/L | ± | 0.04 | Bq/L | 0.04 | Bq/L |
| 海水B　下層 | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | T（自由） | 検出下限値以下 | Bq/L | ± | ― | Bq/L | 0.04 | Bq/L |
| 海水C　表層 | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | T（自由） | 0.06 | Bq/L | ± | 0.04 | Bq/L | 0.04 | Bq/L |
| 海水C　下層 | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | T（自由） | 0.05 | Bq/L | ± | 0.04 | Bq/L | 0.04 | Bq/L |
| 海水D　表層 | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | T（自由） | 0.07 | Bq/L | ± | 0.04 | Bq/L | 0.04 | Bq/L |
| 海水D　下層 | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | T（自由） | 0.11 | Bq/L | ± | 0.04 | Bq/L | 0.04 | Bq/L |
| 海水　表層 | 福島県/富岡港 | 2026年7月 | T（自由） | 0.07 | Bq/L | ± | 0.04 | Bq/L | 0.04 | Bq/L |
| 海水A　表層 | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | Sr90 | 0.0006 | Bq/L | ± | 0.0003 | Bq/L | 0.0004 | Bq/L |
| 海水A　下層 | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | Sr90 | 検出下限値以下 | Bq/L | ± | ― | Bq/L | 0.0004 | Bq/L |
| 海水C　表層 | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | Sr90 | 検出下限値以下 | Bq/L | ± | ― | Bq/L | 0.0004 | Bq/L |
| 海水B　下層 | 福島第一原発沖 | 2026年7月 | Sr90 | 検出下限値以下 | Bq/L | ± | ― | Bq/L | 0.0004 | Bq/L |
| 海水A　表層 | 宮城県/仙台湾 | 2026年9月 | Sr90 | 検出下限値以下 | Bq/L | ± | ― | Bq/L | 0.0004 | Bq/L |
| 海水A　下層 | 宮城県/仙台湾 | 2026年9月 | Sr90 | 0.0005 | Bq/L | ± | 0.0003 | Bq/L | 0.0004 | Bq/L |
| 海水B　表層 | 宮城県/仙台湾 | 2026年9月 | Sr90 | 0.0007 | Bq/L | ± | 0.0003 | Bq/L | 0.0004 | Bq/L |
| 海水B　下層 | 宮城県/仙台湾 | 2026年9月 | Sr90 | 検出下限値以下 | Bq/L | ± | ― | Bq/L | 0.0004 | Bq/L |
| 薪ストーブの灰 | 栃木県益子町 | 2026年1月 | Sr90 | 53.87 | Bq/kg乾 | ± | 1.22 | Bq/kg乾 | 1.09 | Bq/kg乾 |
| 薪ストーブのすす | 栃木県 | 2026年1月 | Sr90 | 15.27 | Bq/kg乾 | ± | 0.91 | Bq/kg乾 | 1.13 | Bq/kg乾 |
| 薪ストーブの灰<br>（建築廃材） | 栃木県 | 2026年1月 | Sr90 | 121.10 | Bq/kg乾 | ± | 1.94 | Bq/kg乾 | 1.82 | Bq/kg乾 |

Mothers' Radiation Lab Fukushima

# 2026年9月　空間線量

| 測定器 | | 測定場所 |
|---|---|---|
| CsIシンチレーション式<br>サーベイメーター | NaIシンチレーション式<br>サーベイメーター | 福島県いわき市小名浜　横町公園 |
| ⑧HITACHI ALOKA<br>TCS-1172 | ⑦HORIBA Radi PA-1100 | |
| | | |
| 特徴：空間(場所)の放射線量や人・物の表面汚染を調べる。 | | |




| | 測定器 | HORIBA　Radi | |
|---|---|---|---|
| 測定日 | 天気 | 地表付近（μSv/h） | 地表　1m（μSv/h） |
| 2026/9/1 | ☁ | 0.061 | 0.055 |
| 2026/9/2 | ☀ | 0.059 | 0.055 |
| 2026/9/3 | ☂/☁ | 0.075 | 0.060 |
| 2026/9/4 | ☁ | 0.061 | 0.055 |
| 測定日 | 天気 | 地表付近（μSv/h） | 地表　1m（μSv/h） |
| 2026/9/7 | ☂ | 0.061 | 0.057 |
| 2026/9/8 | ☁ | 0.061 | 0.053 |
| 2026/9/9 | ☂ | 0.065 | 0.052 |
| 2026/9/10 | ☂ | 0.061 | 0.053 |
| 2026/9/11 | ☂ | 0.069 | 0.057 |
| 測定日 | 天気 | 地表付近（μSv/h） | 地表　1m（μSv/h） |
| 2026/9/14 | ☀ | 0.062 | 0.052 |
| 2026/9/15 | ☂ | 0.061 | 0.053 |
| 2026/9/16 | ☂ | 0.072 | 0.065 |
| 2026/9/17 | ☀ | 0.057 | 0.052 |
| 2026/9/18 | ☁/☂ | 0.059 | 0.052 |
| 測定日 | 天気 | 地表付近（μSv/h） | 地表　1m（μSv/h） |
| 2026/9/24 | ☀ | 0.069 | 0.059 |
| 2026/9/25 | ☀ | 0.061 | 0.051 |
| 測定日 | 天気 | 地表付近（μSv/h） | 地表　1m（μSv/h） |
| 2026/9/28 | ☁/☂ | 0.059 | 0.049 |
| 2026/9/29 | ☂ | 0.069 | 0.057 |
| 2026/9/30 | ☀ | 0.065 | 0.057 |

**お知らせ**…2025年1月15日より、「HORIBA Radi PA-1100」のみでの測定といたします。
　理由として、2022年3月より定点測定を開始しましたが、「HITACHI ALOKATCS-1172 」と「HORIBA RadiPA-1100」の2台を使用し、2年間測定を継続していく中で、どちらの機器も安定しており、誤差の範囲内で測定値が一致していることがわかりました。そこで、実用性も踏まえ「HORIBA Radi PA-1100」での定点測定とします。

Mothers' Radiation Lab Fukushima